



Nº / ANO DA PROPOSTA:

042813/2014

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

Nos últimos anos, o Hospital Santa Isabel teve um crescimento significativo em sua estrutura física, de equipamentos, recursos humanos e equipe multiprofissional, entretanto, pela importância desta instituição no que se refere à diversidade das especialidades médicas aqui oferecidas, e por absoluta restrição das condições financeiras; a Instituição que é referência em serviços de alta complexidade, não tem possibilidades para investimentos em inovação tecnológica. Temos objetivo em pleitear dois Sistemas de Vídeo Laparoscopia para viabilizar aos profissionais médicos, maior segurança e agilidade na execução dos procedimentos cirúrgicos, para sanar problemas como o cancelamento de cirurgias, bem como ampliar a disponibilidade de cirurgias minimamente invasivas à população, visto que há maior segurança e melhor recuperação pós-operatória dos pacientes. Também temos a necessidade de pleito de macas/camas que disponham de sistema fowler para a Sala de Recuperação Pós Anestésica; visto que no Centro Cirúrgico ocorrem muitas cirurgias de alta complexidade, fazendo com que os pacientes fiquem longos períodos em observação pós operatória na Sala de Recuperação antes de serem liberados para as Unidades de Internação. Logo, dependendo do procedimento cirúrgico, o paciente necessita ficar posicionado no leito de forma que não comprometa o objetivo do ato cirúrgico, portanto enquanto Instituição Hospitalar temos o compromisso de prestar atendimento à população, com maior conforto e segurança.

Lembramos que temos compromisso firmado com o Sistema Único de Saúde ? SUS, sobretudo com a população que almeja receber tratamento de qualidade e resolutivo, seja em alta, média e baixa complexidade.

FUNDAMENTO LEGAL:

Decreto 6170 de 2007 e alterações.

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CIDADE:	UF:	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	CEP:
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 73867837791		NOME DO RESPONSÁVEL: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: Ministério da Saúde		C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 70058-901	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 83883306001132					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: Rua: Floriano Peixoto, 300					
CIDADE: BLUMENAU	UF: SC	CÓDIGO MUNICÍPIO: 8047	CEP: 89010-906	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 47-3321-1004
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	AGÊNCIA: 5203-5	CONTA CORRENTE: 135259			
CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: 24880680982			NOME DO RESPONSÁVEL: ARNILDA SCHMITZ		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 300 - CENTRO					

3- DADOS DO INTERVENIENTE

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 500.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2014	R\$ 500.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	08/08/2014	
FIM DE VIGÊNCIA:	03/03/2017	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2017	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN		QUANTIDADE: 17.0	
Valor: R\$ 500.000,00		Início 08/08/2014	Término Previsto: 03/03/2017
Valor Global: R\$ 500.000,00			
Município: BLUMENAU		Sigla UF: SC	Cód. 8047 CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.			
Quantidade:	Valor:	Início Previsto:	Término
17.0	R\$ 500.000,00	08/08/2014	03/03/2017

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Setembro	ANO: 2015
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.	VALOR DA META: R\$ 500.000,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 500.000,00	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010254-Sistema de Vídeo Laparoscopia/ Endoscopia Rígida			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO			
CEP: 10906-890	UF: SC	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 8047	MUNICÍPIO: BLUMENAU
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 223.375,00	V.TOTAL: R\$ 446.750,00
<p>OBSERVAÇÃO: SIST. VÍDEOCIRURGIA ENDOSCOPIA RÍGIDA usado em todas especialidades p/ cirurgias minimamente invasivas. Composto por: 01 Cabo de luz por condução d luz por fibra ótica; diâmetro feixe d fibras d 4.8mm e comp.250cm p/ uso em fonte d Luz. 01 Fonte d Luz c/ lâmp xênon no mínimo 300watts; temp. cor 6000K; controle d intensidade d luz e contador d hs c/ indicador d fim d vida útil da lâmp; c/ lâmp no mínimo 500hs d vida útil c/ dispositivo p/ conexão em salas inteligentes e remotas; Alimentação110/220V/60Hz. 01 Insuflador Eletrônico d CO2; Ajuste d fluxo contínuo d 0 a 30litros/min, c/ sist.d aquecimento d CO2; Display q indique: Reserva d gás no cilindro, valor teórico/ real d pressão no paciente, valor teórico/ real do fluxo d gás e volume d gás consumido; Circuito segurança interno p/ baixa e alta pressão do cilindro; Aliment.: 220V, 60Hz; 01 mangueira d alta pressão d ligação do cilindro ao insuflador; 01 mangueira d silicone esterilizável, p/ ligação d insuflador ao instrumento q vai ao paciente c/ conexão luer-lock; Filtros estéreis descartáveis; Sist. anticongelamento interno; Tecn. totalmente microprocessada c/ redundância d segurança; Alta precisão d insuflação e d leitura d pressão fluxo; Fluxo automático em 2 níveis. Baixo (até2L/min) e Alto (d 2L/mimaté30L/mim); C/ acessório d aquecimento d gás autoclavável. 01 microcâmera digital HD; Sist. d imagem d alta definição Full HD c/ 1920x1080linhas d definição horizontal, escaneamento progressivo no formato d tela16x9nativo; sist. d escaneamento d imagem c/ 50a60quadros/seg.; c/ Módulo d Captura d Imagem c/ 2 saídas USB q permitem gravação e transfer. d fotos e vídeo em sist.d armazenamento ext. (Pen-driverouHDexterno), bem como possibilidade d conexão c/ impressora, e gravação d imagens Estáticas armazenadas em 1920x1080 e vídeo em qualidade Standard MPEG4, c/ controle automático d luminosidade por meio d controle d tempo d exposição d 1/60 a 1/17000s; capacidade d registro d imagens c/ luminosidade mínima d 3 lux (F1,4); saídas d sinal d vídeo digital DVI, SDI e DV e analógicas RGB, S-VHS(Y/C), videocomposto(BNC) e saída p/ comunicação c/ equip. d gerenciamento d dados; balanço d branco automático acionado através d teclado do processador d imagem e cabeçote, c/ dispositivo q impeça o ajuste em condições inadequadas d iluminação, c/ informação no monitor desta inconformidade;</p> <p>Dimensões305x89x335mm.Peso3,35kg. 01 Cabeçote imersível c/ objetiva c/ zoom parafocal e acoplador d ótica universal C-Mount e c/ CCD HD, c/ acionadores programáveis através d menu na tela em português p/ as funções: Balanço d branco, congelamento d imagens, brilho, filtro p/ fibroscópios, controle d controle d periféricos e geração d barras d cores; Aliment.100-220V/60Hz. C/ Dimensões39x49x114mm. Comp. do cabo300cm. 01 Monitor LCD/Led no mínimo 24"; Tamanho da tela 24"; Possibilidade d apresentação d 2 canais d imagem simultâneos(pip); Resolução nativa mínima 1920x120linhas; Entradas d sinal: SDI, S.VHS(Y/C) e videocomposto(BNC); Entradas d sinal: DVI, SDI, S.VHS (Y/C) e videocomposto(BNC); Ajustes: cor, brilho e contraste e matiz; Iluminância mínima da tela de 450cd/m2; Contraste700:1; Angulo d Visão:178; Alimentação elétrica:110/220V/60Hz. 01 Suporte p/ monitor d 24". 01 Rack p/ equip. d Videocirurgia c/: Laterais e portas em chapa d aço carbono enrijecidas. Portas c/chaves e abertura 270° c/trava. Porta frontal em policarbonato fumê. 04 rodízios linha hospitalar 100mm, 02 c/ freio. Prateleiras em chapa d aço dobradas c/ reforços. Furos laterais internos p/ ajustar a altura das prateleiras. Pintura eletrostática a pó, polimerizada em estufa200°C. Dimensões Ext.:Alt.1.790mm.Larg.710mm.Profundidade710mm. Dimensões Int.: Larg.650mm. Profundid.650mm.Peso75Kg. 01 Endoscópio rígido autoclavável, visão forooblíqua 30°, c/ sist. d lentes bastão, transmis. d luz por fibra ótica incorporada, ocular G angular, c/ diâmetro10mm e comprim. aproximadamente42cm.OUTROS (ESPECIFICAR): POSSUI</p>			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 001981-Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO			
CEP: 10906-890	UF: SC	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 8047	MUNICÍPIO: BLUMENAU
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 15,00	V. UNITÁRIO: R\$ 3.550,00	V.TOTAL: R\$ 53.250,00
OBSERVAÇÃO: APLICAÇÃO: ADULTO, MANIVELA: 03, LEITO: POLIPROPILENO / SIMILAR, CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS: POLIPROPILENO / SIMILAR, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS: POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI, ACESSÓRIO(S): COLCHÃO, SUPORTE DE SORO: POSSUI			

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL: R\$ 500.000,00				

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS